

Wil jij een AED aanschaffen?

Bekijk waar je op moet letten bij het kopen, ophangen en beheren van een AED.

Je kunt een AED zelf kopen. Maar het kan ook een goed idee zijn om dit samen met je buurt te doen. Je kunt organisaties vragen bij te dragen aan de kosten, zoals de gemeente, bedrijven in de buurt of serviceclubs zoals de Rotary of Lions.

Waar op letten bij aanschaf?

Er zijn verschillende soorten AED's. Het is belangrijk dat een AED die buiten hangt bij alle weertypen (regen, warmte, stof) goed werkt. Let op de onderstaande punten of vraag dit na bij de leverancier:

- Hoe goed kan de AED tegen weersinvloeden? Let op de IP-waarde. Hoe hoger, hoe beter de AED tegen alle weertypen kan. We raden aan minimaal IP44 voor de AED en IP54 voor de buitenkast of combi-IP-waarde van minimaal 54.
- Geeft je AED instructies in meer talen en is dit een prettige manier?
- Hoe krijg je bericht als er iets mis is met de AED? Dit kan via een licht- of geluidssignaal of via je telefoon.
- Wat is de garantie en levensduur?

Een tip: vraag meerdere offertes aan!

Ophangen van je AED

Een AED is een medisch apparaat en moet goed beschermd in een kast worden opgehangen. Hang de AED bij voorkeur buiten op. Zo is hij goed bereikbaar voor de hele buurt.

Aandachtspunten:

- Elektriciteit: de buitenkast heeft elektriciteit nodig voor het verlichten en verwarmen van de AED.
- Zonder slot kan je AED het snelst worden ingezet bij een hartstilstand. Wil je per se een slot? Kies dan een pincodeslot. Hangsloten kunnen namelijk gaan roesten of bevriezen en kunnen dan niet meer snel open worden gemaakt.

Wat kost een AED?

Een AED kost tussen de € 800 en € 2200. De prijs hangt af van de extra opties

Via de AED Buurtactie bestaat de mogelijkheid om vanaf €1688 ex. BTW een AED te kopen of voor vanaf € 22,53 per maand te leasen. Zie voor meer informatie op <https://defibrion.com/aed-in-uw-buurt/>

Na een reanimatie kunnen de verbruikskosten kunnen worden vergoed. Zie <https://www.ambulancezorg.nl/themas/financiering/vergoeding-verbruikskosten-aed-na-een-reanimatie#:~:text=De%20minister%20van%20VWS%20heeft,zo%20laagdrempelig%20mogelijk%20te%20maken>